



**Општа болница суботица, Суботица
Изворска 3, Суботица**

Деловодни број: 01-505
Датум: 24.02.2014. године

Предмет: Одговор на захтев за појашњењем

Наручилац, Општа болница Суботица, Суботица, у складу са чланом 63. ЗЈН, у законском року даје следеће појашњење конкурсне документације за јавну набавку **КЕСА ЗА КРВ** бр. **09/14-Д/ОП**, по Позиву за подношење понуда објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана **07.02.2014.** године, по Захтеву једног од заинтересованих понуђача за учешће у предметној јавној набавци и то:

ПИТАЊЕ БР. 1:

Да ли ће понуда бити одговарајућа уколико понуђено добро за партију број 1 не садржи свих 6 ставки техничких карактеристика које су описане у обрасцу понуде, а које су такође наведене као елементи критеријума?

Односно да ли ће одређени понуђач који не испуни свих 6 карактеристика за партију 1 добити само смањени број пондера, или ће се његова понуда одбити као неодговарајућа?

Односно да ли су све захтеване техничке карактеристике обавезујуће за понуђаче?

ОДГОВОР БР. 1:

Понуда ће бити одговарајућа уколико понуђено добро не садржи свих 6 карактеристика, односно добиће само смањени број пондера, односно техничке карактеристике нису обавезујуће за понуђаче.

ПИТАЊЕ БР. 2:

Молимо Вас да за појашњење који је тражени рок испоруке и да ли треба да буде изражен у часовима?

ОДГОВОР БР. 2:

Понуђени рок испоруке не може бити дужи од 48 часова од пријема поруџбенице од стране купца.

ПИТАЊЕ БР. 3:

Да ли ће овлашћење за учествовање у јавној набавци бити исправно уколико је у изворном облику (издато од стране произвођача) написано двојезично, односно које је написано на српском и енглеском језику истовремено, и које је достављено у форми фотокопије?

ОДГОВОР БР. 3:

Овлашћење се доставља на српском језику. Форма фотокопије је довољна. Оверени превод од стране судског тумача се доставља уколико је овлашћење на страном језику.

ПИТАЊЕ БР. 4:

Да ли ће се, у сврху доказа о испуњавању техничких карактеристика, прихватити фотокопија изјаве произвођача, која је дата на меморандуму произвођача са потписом и печатом и која садржи техничку спецификацију за добро које се нуди у конкретној партији?

ОДГОВОР БР. 4:

Сваки меродаван доказ који несумњиво упућује на испуњавање било којег услова или дела конкурсне документације ће се узети у разматрање.

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

У конкурсној документацији се догодила грешка у делу утврђивања рока испоруке.

У делу тачке X (упутство за попуњавање документације – понуде) је наведено у тачки 5. „рок испоруке у сатима“ где је наведено да рок испоруке не може бити дужи од пет дана од датума пријема наруџбенице а треба да стоји да рок испоруке не може бити дужи од 48 часова као што је наведено у образцу понуде и моделу уговора.

Код пондерисања техничких карактеристика код критеријума за оцену понуда се догодила грешка и наведено је следеће:

Р.бр.	НАЗИВ КАРАКТЕРИСТИКЕ	БР. ПОНДЕРА
1.	Примарна кеса мора бити предвиђена за узимање 450 ml ± 10 % и мора да садржи 63 ml антикоагуланса (CPD)	1
2.	Примарне и две сателитске кесе (осим кесице за „buffy coat“) у горњем делу морају да имају отворе-рупице, размака између 2 - 2,5 cm, а у доњем делу прорез за качење на аутоматске екстракторе компоненти	1
3.	Једна од сателитских кеса мора да садржи 100 ml адитивне солуције (SAGM)	1
4.	Кесица за „buffy coat“ мора да има два пара отвора-рупица за качење, при чему размак између једног пара мора бити 2 cm, а између другог пара минимум 3,5 cm и већи	1
5.	Мора постојати кесица за преусмеравање првог млаза крви и систем за узимање узорака крви у епрувете са вакумом	1
6.	Минимална дужина црева која иде од игле и улази у примарну кесу треба да буде 115 cm	1

а треба да стоји следеће:

Р.бр.	НАЗИВ КАРАКТЕРИСТИКЕ	БР. ПОНДЕРА
1.	Примарна кеса предвиђена за узимање 450 ml ± 10 %, садржи 63 ml антикоагуланса (CPD)	1
2.	Примарне и две сателитске кесе (осим кесице за „buffy coat“) у горњем делу имају отворе-рупице, размака између 2 - 2,5 cm, а у доњем делу прорез за качење на аутоматске екстракторе компоненти	1
3.	Једна од сателитских кеса садржи 100 ml адитивне солуције (SAGM)	1
4.	Кесица за „buffy coat“ има два пара отвора-рупица за качење, при чему је размак између једног пара 2 cm, а између другог пара минимум 3,5 cm и већи	1
5.	Постоји кесица за преусмеравање првог млаза крви и систем за узимање узорака крви у епрувете са вакумом	1
6.	Минимална дужина црева која иде од игле и улази у примарну кесу је 115 cm	1

Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке ће без одлагања ово појашњење објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ