



**СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Датум : 18.07.2016.

Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације

На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :

1. Питања :

Партија 2, ставка 1 (Контејнери за чување гамета и ембриона у гасовитој фази течног азота): Да ли се тражена запремина од 165 литара односи на укупну запремину течног азота коју контејнер може да прими или запремину течне фазе азота у контејнеру са узорцима у гасовитој фази ?

1. Одговори :

165 литара се односи на укупну запремину коју контејнер може да прими.

Комисија за јавну набавку
„Опрема за ИВФ центар – опрема за обраду материјала“
бр. 55/16-Д/ОП

