



**СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Датум : 09.04.2016.

Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације

На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :

Питање 1:

Ставка 27: Удисајни респираторни волумен : 2-3000 ml

Питање 1 : Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди респиратор удисајног волумена 20-2000 ml ? Овај удисајни волумен је погодан за све старосне категорије пацијената , телесне масе од 3 – 250 kg. Већина реномираних светских произвођача користи не користи опсег преко 2000 ml (GE, Covidien, Hamilton, Mindray, Haer ...) , а у пракси се удисајни волумен и не подешава преко ових граница.

Одговор 1:

Није прихватљиво зато што се респиратор користи за старосне категорије пацијената телесне масе од 500г па навише.

Питање 2:

Ставка 30 : РЕЕР : 0-50 cmH2O

Питање 2 : Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди респиратор са опсегом РЕЕР од 0-45 cmH2O, будући да се у пракси РЕЕР не подешава преко 40 cmH2O ?

Одговор 2:

Није прихватљиво јер су потребне опције због тога што ће се респиратор користити и за све остале старосне групе пацијената са најразличитијим здравственим проблемима респираторне природе.

Питање 3:

Ставка 33 : Osetljivost okidača protoka (trigger) : 0-100% ili 0,2-15l/min Питање 3 : Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди респиратор са осетљивошћу протока 0,5-15 l/min ? Опсег 0,2-0,4 нема битан клинички значај.

Одговор 3:

Није прихватљиво јер ће се респиратор користити и за лечење превремено рођене деце.

Комисија за јавну набавку
„Респиратор“ бр.02/16-Д/ОП

