



**СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Датум : 22.04.2016.

Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације

На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :

Питање 1:

Ставка 27: Удисајни респираторни волумен : 2-3000 ml

На наше питање : Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди респиратор удисајног волумена 20-2000 ml ? Овај удисајни волумен је погодан за све старосне категорије пацијената , телесне масе од 3 – 250 kg. Већина реномираних светских произвођача користи не користи опсег преко 2000 ml (GE, Covidien, Hamilton, Mindray, Haug ...) , а у пракси се удисајни волумен и не подешава преко ових граница. Ваш одговор је гласио : Није прихватљиво зато што се респиратор користи за старосне категорије пацијената телесне масе од 500g па навише. Питање 1 : Овим нисте објаснили зашто Вам је потребан удисајни волумен од 2000-3000 ml. И сами знате да се ова вредност не користи у клиничкој пракси, чак је сваки волумен преко 1 800 ml потенцијално опасан по пацијента. Молимо Вас да ову ставку промените у - Удисајни респираторни волумен : 2-2000 ml Уколико и даље остајете при свом захтеву молимо Вас да нам дате потпуну клиничку оправданост, као и тачне случајеве у којима сте користили респираторни волумен преко 2000 ml. Уколико не дате конкретан и потпуно клинички оправдан одговор уложићемо захтев за заштиту права понуђача.

Одговор 1:

Прихватљиво је да Удисајни респираторни волумен не буде већи од 2000 ml али није прихватљиво да не буде мањи од 20 (20-2000 како сте ви навели). Дакле, прихватљив удисајни волумен је 2-2000 ml. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање 2:

Ставка 30 : РЕЕР : 0-50 cmH2O

На наше питање : Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди респиратор са опсегом РЕЕР од 0-45 cmH2O, будући да се у пракси РЕЕР не подешава преко 40 cmH2O Ваш одговор је гласио : Није прихватљиво јер су потребне опције због тога што ће се респиратор користити и за све остале старосне групе пацијената са најразличитијим здравственим проблемима респираторне природе. Питање 2 : Овај одговор није прихватљив јер ни на који начин нисте оправдали опсег од 46-50 cmH2O . На интернету можете наћи више студија о подешавању вредности РЕЕР , и нигде се та вредност не подешава преко 40, чак су уобичајене вредности око 15. Због тога Вас још једном молимо да ову ставку промените у - РЕЕР : 0-45 cmH2O Уколико и даље остајете при свом захтеву молимо Вас да нам дате потпуну клиничку оправданост, као и тачне случајеве у којима сте користили РЕЕР преко 45 cmH2O. Уколико не дате конкретан и потпуно клинички оправдан одговор уложићемо захтев за заштиту права понуђача.

Одговор 2:

Прихватљив је опсег РЕЕР од 0-45 cmH2O. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање 3:

На питање потенцијалног понуђача од 04.03.2016 које је гласило :

1. Питања :

У техничким карактеристикама под ставком број 42 тражите: -Овлаживач који је медицинско средство и мора бити регистрован у АЛИМСу. -Комора за инфант пацијенте је такође медицинско средство и мора бити регистрован у АЛИМСу. Под ставком број 45: -Сет пацијент црева је такође медицинско средство и мора бити регистрован у АЛИМСу. Питање: Да ли ћете тражити у обавезној тендерској документацији решења за медицинска средства овлаживач, инфант комору и сет пацијент црева? Одговор 1: Да, за опрему и припадајуће делове треба приложити решења АЛИМС-а , како је описано у Упутству.





С обзиром да су у овом питању набројани САСТАВНИ ДЕЛОВИ респиратора, који се не региструју посебно уколико се испоручују уз апарат, молимо Вас да овај захтев у потпуности избаците. Када будете наручивали посебно потрошни материјал, онда имате право да тражите АЛИМС за сваки појединачни део, али не и када купујете апарат. Начин на који је формулисано ово питање ставља у повлашћени положај једног понуђача, што представља најгрубље кршење Закона о Јавним Набавкама.

Одговор 3:

Наручиоцу није намера кршење Закона о јавним набавкама нити кршење Закона о лековима и медицинским средствима. Наводи из питања бр.3 ће бити размотрени и наручилац ће у складу са својом одлуком изменити конкурсну документацију.

Комисија за јавну набавку
„Респиратор“ бр.02/16-Д/ОП

