



**PONUĐAČIMA KOJI SU PREUZELI
KONKURSNU DOKUMENTACIJU**

Datum : 03.03.2018.

Predmet : Dodatna pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije

Na osnovu pitanja ponuđača u postupku javne nabavke br.19/18-U/OP naručilac objavljuje dodatna pojašnjenja :

a. Pitanja :

Molimo Vas da nam odgovorite koji je proizvođač magnetne rzonance koja je predmet javne nabavke za JN 19/18-U/OP - Održavanje sistema za magnetnu rezonancu?

b. Odgovori :

Proizvođač: SIEMENS, Model: AvantoTim 1,5T

