



**СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Датум : 06.05.2019.

Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације

На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :

1. Питања :

На страни број 26 конкурсне документације под додатним условима тачка 2. Технички и кадровски капацитет. Наведено је да понуђач мора имати 4 сервисера од којих је један обучен за рад, односно сервисирање ЦТ апарата GE BrightSpeed серије, а као доказ се захтева сертификат издат од стране произвођача цеви или овлашћеног од произвођача цеви.

Наведени захтев нема техничког смисла, јер сервисери који нису обучени за рад са уређајем не смеју вршити поправке на истом. Такође се захтева да је сервисер обучен од стране произвођача рентген цеви.

Како је рентген цев резервни део ЦТ скенера, да ли се наручилац слаже да се измени конкурсна документација тако да понуђач мора имати 4 сервисера сертификована од стране произвођача опреме за чију поправку се набавља добро рентген цев.

2. Одговори :

Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације

Комисија за јавну набавку
бр.32/19-Д/ОП

